



Zgody na wykonywanie procedur RTG

Obszerny [wpis z dnia 9 grudnia 2019r.](#) informował o poważnych zmianach w zasadach udzielania świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki przy użyciu innych aparatów rtg niż te, które służą do zdjęć wewnątrzustnych. Jak to bywa przy dużych nowelizacjach, ~~platanina przepisów starych i~~ nowych wymaga wprawy, aby odnaleźć po tym wszystkim aktualny stan prawny.

Sednem zmiany jest to, że dyspozycję art.33e starej ustawy, zwalnijącą z obowiązku uzyskiwania zgód wszystkie „rentgenowskie aparaty stomatologiczne” zastąpiła treść art.33q nowej redakcji ustawy, która to zwolnienie przyznaje już tylko procedurom rtg wewnątrzustnego. Art.33q znowelizowanej ustawy stawia warunek złożenia wniosku o wydanie takiej zgody.

Art.33q ust.1. Prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Odfiltrowując z zapisów prawnych to , co istotne zostają nam 3 ważne determinanty wydania tej zgody:

- I. Zgodność deklarowanych procedur rtg (ich procedur roboczych) z procedurami wzorcowymi
Tu od zawsze był problem. Nie objawiał się z całą ostrością do momentu, kiedy np cbct można było uznać za „stomatologiczny aparat rentgenowski”. Ale faktem jest, że od dnia wydania procedur wzorcowych, [dla tej procedury](#) określone było wymaganie co do kwalifikacji osób wykonujących to badanie , które nie uwzględniało lekarza dentysty. NRL wystąpiła o szybką rewizję tej procedury. Nie będzie to miało kluczowego jednak znaczenia, gdyż jednocześnie nowa redakcja upoważnienia ustawowego do wydania procedur wzorcowych [wyłączyła z zakresu](#) , jakim zajmują się procedury wzorcowe sprawy kwalifikacji personelu wykonującego poszczególne etapy procedur rtg. Kwestia kwalifikacji została przeniesiona do rozporządzenia , o którym mowa w pkt II.
- II. Wypełnianie przez placówkę wymagań stawianych przez rozporządzenie MZ
Obecnie funkcjonujące rozporządzenie (wydane na podstawie art.33e starej ustawy) jest ważne do czasu wydania nowego (na podstawie art.33qust.13 nowej) , jednak nie dłużej niż do września 2021r. To rozporządzenie nie zawiera opisu wymagań dla pracowni rtg stomatologicznej i właśnie z tego powodu podmioty stomatologiczne nie mogą złożyć poprawnego wniosku i to jest o tyle pozytywny efekt okresu przejściowego, że mogą udzielać świadczeń na dotychczasowych zasadach do czasu, aż będzie wydane rozporządzenie na podstawie nowej ustawy (o tym mowa była w ostatnim zdaniu pkt.I.).

Jak zawartość nowego rozporządzenia określa nowa ustawa?

art.33q ust.13. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania, jakie mają spełniać jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność, o której mowa w ust. 1, uwzględniając wymagania dotyczące:

1) wyposażenia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze,

2) liczebności i kwalifikacji personelu biorącego udział w wykonywaniu poszczególnych rodzajów medycznych procedur radiologicznych

- mając na względzie bezpieczeństwo personelu i pacjentów tych jednostek ochrony zdrowia, w tym także konieczność zapewnienia personelu o właściwych kwalifikacjach przy wykonywaniu medycznych procedur radiologicznych związanych z istotnym z punktu widzenia ochrony radiologicznej narażeniem pacjenta.

Oczywistym jest, że na pracach legislacyjnych związanych z tym aktem prawnym skupi się zainteresowanie samorządu lekarskiego.

III. Pozytywna opinia wojewódzkiego konsultanta z dziedziny radiologii

Przesłanki wydania tej opinii nie są do końca jasno sprecyzowane. Wydaje się, że troska Państwa Konsultantów przesunie się na sprawy kliniczne - w przypadku stm ważnym obszarem zainteresowania może być sprawa kompetencji lekarza dentystry do sporządzenia opisu zdjęcia . Kwestia opisu zdjęć rtg jest osobnym, ważnym wątkiem spraw związanych z radiologią stomatologiczną, gdyż sugerowana często nierozzerwalność wykonania procedury rtg z automatycznym wydaniem opisu nie jest tak oczywista już pod rządami dotychczasowej ustawy , a w trakcie wydawania rozporządzeń wykonawczych do nowej wersji ustawy sprawa ta stanie się ponownie przedmiotem dyskusji.

Niemniej , nikt rozsądny nie będzie kwestionował konieczności podniesienia kompetencji wszystkich lekarzy dentystry w dziedzinie interpretacji wszelkich zdjęć rtg . I dlatego:


- zgodnie z podjętą jeszcze w 2018r decyzją KSNRL Samorząd lekarski po uchwaleniu nowej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry wystąpi do Ministra Zdrowia o powołanie umiejętności z zakresu radiologii stomatologicznej (najprawdopodobniej będzie to wspólne wystąpienie NRL i Polskiego Towarzystwa Lekarzy Radiologów),
- zainicjowany zostanie system szkoleń z dziedziny radiologii stm , w obrębie którego zorganizowane zostaną webinaria i kursy stacjonarne poświęcone głównie interpretacji wyników badań rtg.

Musimy mieć jednak świadomość , że konieczność złożenia wniosku o wydanie zgody na procedury inne niż rtg wewnątrzustne nastąpi nie później niż jesienią 2021r. Z danych zawartych w rejestrach publicznych wynika, że procedury inne niż zdj.wewnątrzustne wykonuje ok 3200 podmiotów . Nie jest możliwe w tak krótkim czasie , aby 3200 osób uzupełniło kwalifikacje w zakresie radiologii stm poprzez :

- kursy organizowane wspólnymi siłami samorządu i towarzystw naukowych,
- Kursy CMKP
- zdobycie umiejętności

-wobec czego NRL stać będzie na stanowisku konieczności uwzględnienia szczególnych , uproszczonych zasad wydania zgody przynajmniej tym placówkom, które w dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo atomowe (23.09.2019r) posiadały ważne decyzje pozwolenia na użytkowanie aparatów do zdjęć innych niż wewnętrzne.

Podsumowanie, jak i wpisy z 2019r zamieszczamy również z uwagi na prawo do informacji osób, które planują zakup i dokonują instalacji aparatów innych niż do rtg wewnętrzne po 23.09.2019r



Andrzej Cisko

wiceprezes NRL

