



image not found or type unknown

Opinia nt. testów antygenowych

Ekspert NRL ds. walki z COVID-19 dr Paweł Grzesiowski o testach antygenowych:

Testy antygenowe I generacji (produkowane do sierpnia 2020) były niedoskonałe i nie powinny być stosowane.

Testy antygenowe II generacji produkowane od września 2020, zwalidowane przez niezależne instytucje, mają wysoką czułość (ok. 90%) oraz bardzo wysoką swoistość (99,5%), jeśli stosuje się je zgodnie z przeznaczeniem tj. u pacjentów objawowych. U pacjentów bezobjawowych czułość spada, bo testy są zbyt mało czułe jeśli ilość wirusa jest mała (okres wylegania).

Wniosek: dodatni wynik testu II generacji u pacjenta objawowego jest prawie w 100% zgodny z PCR i nie wymaga potwierdzenia.

Testów antygenowych nie należy stosować u osób bezobjawowych.

Ministerstwo niestety likwidując kwarantannę medykom, zaleciło wykonywać codzienne testy antygenowe, co jest błędem merytorycznym, chociaż można liczyć na ok. 70% czułości.

Powyższe jest zgodne z wytycznymi WHO i producentów testów.

W załączeniu wytyczne WHO, AOTMiT

