



Krajowa Baza Urz. Radiologicznych- odpowiedź GIS

Główny Inspektor Sanitarny [nadesłał odpowiedź](#) na Stanowisko [Prezydium NRL](#) dot. projektu Rozporządzenia MZ ws zakresu danych Krajowej Bazy Urzędzeń Radiologicznych.

Uwagi samorządu lekarskiego do przedmiotowego projektu rozporządzenia zostały w znacznej części uwzględnione.

Z informacji, które mają być gromadzone w Krajowej Bazie Urzędzeń Radiologicznych w zakresie urzędzeń radiologicznych stosowanych w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej, **wykreślono: „datę wykonania aktualnych testów specjalistycznych”**.

Uwzględnienie uwagi samorządu lekarskiego w tym zakresie jest bardzo ważne. Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo atomowe placówka medyczna musi raportować do Bazy dane, które wchodzą w jej zakres. Tak więc każdy gabinet posiadający jakiegokolwiek urządzenie radiologiczne musiałby raportować do Bazy aktualizację zawierającą datę wykonanego testu specjalistycznego, co byłoby niepotrzebnym mnożeniem obowiązków.

Ponadto doprecyzowano, że informacje gromadzone w Krajowej Bazie **dotyczące wyniku testów eksploatacyjnych oraz ewentualnych środków naprawczych będą dotyczyć tylko wyniku negatywnych testów specjalistycznych** (a nie również podstawowych). Wyjaśniono przy tym, że uwzględnienie w Krajowej Bazie informacji dotyczącej wyniku testu specjalistycznego nie nakłada nowych obowiązków na jednostki ochrony zdrowia, z uwagi na fakt, iż obowiązek przekazywania informacji o uzyskanych negatywnych wynikach testów specjalistycznych urzędzeń radiologicznych oraz urzędzeń pomocniczych i podjętych środkach naprawczych, został wskazany w art. 331 ust. 15 ustawy Prawo atomowe.

